

ПРОТОКОЛ

№ 3

От дейността на Комисията, назначена със Заповед №369/07.04.2020 г. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване във връзка с изпълнение на проект „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните системи», „WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS” с акроним „WATER RESCUE”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6f.01, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България” 2014-2020, открита с решение № 282 от дата 16.03.2020 г. на Кмета на Община Кърджали.

Съгласно влязло в сила Решение №812 от 08.10.2020г. на КЗК, с което отменя като незаконосъобразно Решение №485/29.05.2020г. на Кмета на Община Кърджали за класиране участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване във връзка с изпълнение на проект „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните системи», „WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS” с акроним „WATER RESCUE”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6f.01, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България” 2014-2020 и връща преписката на Възложителя за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на етап ново разглеждане от оценителната комисия на техническото предложение на „Т.Е.А.М.“ООД в съответствие с изложените мотиви в решението на КЗК:

На 12.01.2021 г. от 10:00 часа, Комисия, назначена със Заповед №369/07.04.2020 г. на Кмета на Община Кърджали, в състав:

Председател: Веселина Танчева – началник отдел “Опазване на околната среда” на Община Кърджали;

Членове:

1. инж. Нурай Зюлкер – ст. експерт отдел „Инвеститорски контрол и строителство ” на Община Кърджали;
2. Беркант Барзат - ст. юрисконсулт сектор „Правен" на Община Кърджали.

се събра в стая 211, на втори етаж в сградата на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване във връзка с изпълнение на проект „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните системи», „WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS” с акроним „WATER RESCUE”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6f.01, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България” 2014-2020, открита с решение № 282 от дата 16.03.2020 г. на Кмета на Община Кърджали.

С писмо изх.№ 53-00-1493/29.12.2020г., Възложителя е изпратил покана до участниците за удължаване валидност на офертите със срок от три месеца, считано от

получаване на писмото. В тридневен срок от получаване на покана в Община Кърджали са постъпили две писма:

- с вх. № 53-00-1504/30.12.2020г., 11:24 ч. от „Т.Е.А.М.“ ООД с посочен адрес: гр. София, бул. „Ген. Е. Тотлебен“ №71-73, ет.6, тел.: 02/954 9234, факс: 02 954 9212, e-mail: team_cag@team-cag.com ;

- с вх. № 53-00-1506/30.12.2020 г., 12:34ч. от „АСМ2“ ЕООД, с посочен адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ №152 , п.к. 1407, тел.: 02/859 21 03, факс: 02/958 28 18, e-mail: office@acm2.com

Комисията в съответствие на чл.56, ал.2 от ППЗОП и в изпълнение на Решение №812 от 08.10.2020г. на КЗК, преразгледа офертите на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, и провери за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.

Първо Техническите предложения се провериха дали отговарят на минималните изисквания на техническата спецификация, като след проверката за съответствие с изискванията на възложителя и неговото допускане в Техническо предложение за изпълнение на поръчката същите се оцениха по качествените критерии.

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на оферта, офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на Офертите), се оценяват с Комплексна оценка КО

Показателите съдържат информация за начина на формиране на комплексната оценка (КО) за всяка оферта, относителната им тежест в комплексната оценка и начина на определяне на оценката по всеки отделен показател.

K1 – Предлагана цена – 50 т.

K2 – Технически преимущества – 50 т.

Максимален общ брой точки на Комплексната оценка (КО) – 100 т.

$$КО = K1 + K2$$

Показател „Предлагана цена“ K1 представлява цифра, съотношение между предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС към предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС на всеки участник, умножена с коефициент 50.

$K1 = (\text{най-ниска цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС} / \text{предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС на съответния участник}) \times 50$

Показател „Технически преимущества“ K2 се образува, като сбор на оценка на допълнителни технически и функционални характеристики на предложеното оборудване. Максималният брой точки, които могат да се получат при оценка на допълнителни технически и функционални характеристики е 50 т.

Допълнителни технически и функционални характеристики, подлежащи на оценка

Характеристика	Оценка	Точки
Наблюдение на плазмата	С помощта на вградена камера	15
	Друго решение, различно от вградена камера	3

Анализиране на маси в диапазон:	$от < 3 до \geq 290 \text{ amu}$	10
Граница на откриване за високите маси	$U238 \geq 400 \text{ kcps/ppb}$	5
	$U238 < 400 \text{ kcps/ppb}$	1
Форма на „прътите“ на квадрупола за по-добър йонен поток	Плоска форма	15
	Различна от плоска форма	3
Обхват на температурата на разпръсквателна камера с елемент на Пелтие	$От \leq -10^{\circ}\text{C} до \geq 20^{\circ}\text{C}$	5
	$От > -10^{\circ}\text{C} до < 20^{\circ}\text{C}$	1
Общ брой точки		50

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от Техническото предложение, подлежащ на оценяване – **К2 „Технически преимущества“**, както следва:

- Участникът „Т.Е.А.М.“ ООД е представил следните допълнителни технически и функционални характеристики на предложеното оборудване

Допълнителни технически и функционални характеристики, подлежащи на оценка	Предлагани от участника допълнителни технически и функционални характеристики,
Наблюдение на плазмата	Постоянно наблюдение статуса на плазмата с вградена камера, в допълнение с прецизен електронен мониторинг и контрол за постигане на максималната й стабилност
Анализиране на маси в диапазон	от < 2 до $\geq 260 \text{ amu}$
Граница на откриване за високите маси	$U238 \geq 540 \text{ kcps/ppb}$
Форма на „прътите“ на квадрупола за по-добър йонен поток	Плоска форма на „прътите“ на квадрупола
Обхват на температурата на разпръсквателна камера с елемент на Пелтие	-5°C до $+20^{\circ}\text{C}$

- Участникът „АСМ2“ ЕООД е представил следните допълнителни технически и функционални характеристики на предложеното оборудване:

Допълнителни технически и функционални характеристики, подлежащи на оценка	Предлагани от участника допълнителни технически и функционални характеристики,
Наблюдение на плазмата	Дистанционно наблюдение на състоянието на плазмата чрез интегрирана HD камера
Анализиране на маси в диапазон	анализиране на маси в обхват $2 - 290 \text{ amu}$
Граница на откриване за високите маси	Граница на чувствителност при откриване на високите маси $U238 \geq 400 \text{ kcps/ppb}$
Форма на „прътите“ на квадрупола за по-добър йонен поток	Плоска форма на „прътите“ (Flatopole) на Qклетката за по- добър йонен поток

Обхват на температурата на разпръсквателна камера с елемент на Пелтие	Циклично разпръсквателна камера с Пелтие охлаждане в обхват от -10 °C до + 20 °C
---	--

Съгласно влязло в сила Решение №812 от 08.10.2020г. на КЗК и в съответствие с изложените мотиви в решението, Комисията направи анализ на резултатите от проверката на постъпилата оферта за обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване във връзка с изпълнение на проект „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните системи», „WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS” с акроним „WATER RESCUE”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6f.01, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България” 2014-2020, открита с решение №282 от дата 16.03.2020 г. на Кмета на Община Кърджали и констатира че е необходимо участника „Т.Е.А.М.“ ООД да представи доказателства за наличие на прозорче за наблюдение на плазмата, относно параметъра „Наблюдение на плазмата“

РЕШИ:

Във връзка са направените констатации, на основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП, в срок до 5 /пет/ календарни дни, следва „Т.Е.А.М.“ ООД да представи разяснения/доказателства за наличие на прозорче за наблюдение на плазмата, относно параметъра „Наблюдение на плазмата“.

Разясненията/доказателствата следва да бъде представени в деловодството на Община Кърджали, с надпис, РАЗЯСНЕНИЯ/ДОКАЗАТЕЛСТВА за обществена поръчка за обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване във връзка с изпълнение на проект „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните системи», „WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS” с акроним „WATER RESCUE”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6f.01, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България” 2014-2020, открита с решение №282 от дата 16.03.2020 г. на Кмета на Община Кърджали, адресирана до посочения в документацията за участие в процедурата адрес на Община Кърджали, адрес: гр. Кърджали, бул.България№41, Информационен център, до Комисията назначена със Заповед №369/07.04.2020 г. на Кмета на Община Кърджали, наименованието на Участника, адрес за кореспонденция на Участника, телефон и електронен адрес.

С така осъществените действия, надлежно протоколирани завърши етапът от работата на Комисията, назначена със №369/07.04.2020 г. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване във връзка с изпълнение на проект „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните системи», „WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS” с акроним „WATER RESCUE”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6f.01, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България” 2014-2020, открита с решение № 282 от дата 16.03.2020 г. на Кмета на Община Кърджали.

След изтичане на определения срок за предоставяне на писмени разяснения за разяснения/доказателства от участникът „Т.Е.А.М.“ ООД, Комисията ще продължи работата си.

Комисията състави настоящия протокол на основание чл.103, ал.3 от ЗОП на 13.01.2021 г.

КОМИСИЯ:

Председател:
/ Веселина Танчева /

Членове:
1.
/ инж. Нурай Зюлкер /

2.
/ Беркант Барзат /