

ПРОТОКОЛ

№ 4

От дейността на Комисията, назначена със Заповед №369/07.04.2020 г. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване във връзка с изпълнение на проект „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните системи», „WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS” с акроним „WATER RESCUE”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6f.01, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България” 2014-2020, открита с решение № 282 от дата 16.03.2020 г. на Кмета на Община Кърджали.

На 21.01.2021 г. от 10:00 часа, Комисия, назначена със Заповед №369/07.04.2020 г. на Кмета на Община Кърджали, в състав:

Председател: Веселина Танчева – началник отдел “Опазване на околната среда” на Община Кърджали;

Членове:

1. инж. Нурай Зюлкер – ст. експерт отдел „Инвеститорски контрол и строителство ” на Община Кърджали;
2. Беркант Барзат - ст. юрисконсулт сектор „Правен" на Община Кърджали.

се събра в стая 211, на втори етаж в сградата на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване във връзка с изпълнение на проект „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните системи», „WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS” с акроним „WATER RESCUE”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6f.01, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България” 2014-2020, открита с решение № 282 от дата 16.03.2020 г. на Кмета на Община Кърджали.

Председателят на комисията откри заседанието.

С писмо изх. № 53-00-51/13.01.2021 г. е поискано от Т.Е.А.М.“ ООД да представи доказателства за наличие на прозорче за наблюдение на плазмата, относно параметъра „Наблюдение на плазмата“. На 18.01.2021г. е постъпило писмо от участника с вх.№ 53-00-83/18.01.2021г., което включва следните разяснения/доказателства:

Документите са преведени от английски език: Agilent Technologies като производител на индуктивно свързани плазмени спектрометри (Agilent 7800. Agilent 7850. Agilent 7900. Agilent 8900) заявяват, че тези ICP-MS системи имат прозорец за „плазмен мониторинг“. Agilent ICP-MS е много безопасен инструмент с множество вградени защитни функции, а плазмения прозорец за наблюдение осигурява защита на очите. Също така е представен схематичен изглед отпред от който е видно, че продуктът притежава „Прозорец за наблюдение на плазмата. ICP-MS има защитен затъмнен прозорец, който ви позволява да наблюдавате плазмата по време на работа..... завършва превода от документ с номер на публикация G8400-90002. Agilent 7800/7900. ICP-MS Hardware Maintenance Manuel. стр.32.

Комисията след като се запозна с представените приема представените доказателства и пристъпи към оценка по Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от Техническото предложение, подлежащ на оценяване – **К2 „Технически преимущества“**, както следва:

• Участникът „Т.Е.А.М.“ ООД е представил следните допълнителни технически и функционални характеристики на предложеното оборудване и получава следната оценка:

Допълнителни технически и функционални характеристики, подлежащи на оценка	Предлагани от участника допълнителни технически и функционални характеристики,	Брой точки	Мотиви
Наблюдение на плазмата	Постоянно наблюдение статуса на плазмата с вградена камера, в допълнение с прецизен електронен мониторинг и контрол за постигане на максималната ѝ стабилност	15 т.	Представени са доказателства за наличието на „Прозорец за наблюдение на плазмата
Анализиране на маси в диапазон	от < 2 до ≥ 260 amu	0 т.	Предложения прибор не може да анализира маси в исканите от Възложителя диапазон от < 3 до ≥ 290 amu, или по-точно – покрива долната граница, но горната граница е по-ниска по исканата от Възложителя
Граница на откриване за високите маси	$U238 \geq 540$ keps/ppb	5 т.	Граница на откриване за високите маси – покрива изискването на Възложителя
Форма на „прътите“ на квадрупола за по-добър йонен поток	Плоска форма на „прътите“ на квадрупола	15 т.	Съответстващи на наличие на Плоска форма на „прътите“ на квадрупола
Обхват на температурата на разпръсквателна камера с елемент на Пелтие	-5°C до $+20^{\circ}\text{C}$	1 т.	Предлаганото от участника оборудване не покрива изискването температурата на разпръсквателна камера с елемент на Пелтие да е от -10°C до $+20^{\circ}\text{C}$
Общ брой точки		36 т.	

• Участникът „АСМ2“ ЕООД е представил следните допълнителни технически и функционални характеристики на предложеното оборудване и получава следната оценка:

Допълнителни технически и функционални характеристики, подлежащи на оценка	Предлагани от участника допълнителни технически и функционални характеристики,	Брой точки	Мотиви
Наблюдение на плазмата	Дистанционно наблюдение на състоянието на плазмата чрез интегрирана HD камера	15 т.	Наличието на „Прозорец за наблюдение на плазмата“
Анализиране на маси в диапазон	анализиране на маси в обхват $2 - 290$ amu	10 т.	Предложения прибор може да анализира маси в исканите от Възложителя диапазон от

			< 3 до ≥ 290 amu
Граница на откриване за високите маси	Граница на чувствителност при откриване на високите маси $U238 \geq 400$ kcps/ppb	5 т.	Граница на откриване за високите маси- покрива изискването на Възложителя
Форма на „прътите“ на квадрупол за по-добър йонен поток	Плоска форма на „прътите“ (Flatopole) на Оқлетката за по-добър йонен поток	15 т.	Съответстващи на наличие на Плоска форма на „прътите“ на квадрупол
Обхват на температурата на разпръсквателна камера с елемент на Пелтие	Циклично разпръсквателна камера с Пелтие охлаждане в обхват от -10°C до $+20^{\circ}\text{C}$	5т.	Предлаганото от участника оборудване покрива изискването на температурата на разпръсквателна камера с елемент на Пелтие да е от -10°C до $+20^{\circ}\text{C}$
Общ брой точки		50 т.	

След извършване на гореописаното, Комисията направи анализ на резултатите от проверката на постъпилите оферта за обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване във връзка с изпълнение на проект „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните системи“, „WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS“ с акроним „WATER RESCUE“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6f.01, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България“ 2014-2020, открита с решение №282 от дата 16.03.2020 г. на Кмета на Община Кърджали и пристъпи към съобщаване на ценовите предложения.

Комисията извърши детайлен преглед на ценовите предложения на участниците с оглед посочените данни по показателя за оценка – (ЦП) ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

В представените по-долу таблици се съдържат предложените от участниците цени без ДДС и получените точки, съгласно формулата за оценка, а именно:

Показател „Предлагана цена“ К1 представлява цифра, съотношение между предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС към предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС на всеки участник, умножена с коефициент 50

$K1 = (\text{най-ниска цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС} / \text{предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС на съответния участник}) \times 50$

№	Участник	Предлагана цена без ДДС	Най – ниска предлагана цена	Брой точки
1	„Т.Е.А.М.“ ООД	120 000.00 лева	120 000.00 лева	50.00 т.
2	„АСМ2“ ЕООД	182 540.00 лева	120 000.00 лева	32.87 т.

Комисията констатира, че в пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всички участници се съдържат ценови предложения по образец.

Комисията извърши проверка за наличие на обстоятелствата по чл.72 от ЗОП, а именно: за наличието на оферта на участник, която е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

В следствие на извършената проверка бе установено, че не може да се извърши проверка за наличие на обстоятелствата по чл.72 от ЗОП тъй като са допуснато само двама участника.

В представените по-долу таблици се съдържа Комплексната оценка на офертите на участниците и получените точки по обособени позиции, съгласно формулата, а именно:
 $KO = K1 + K2$

	Участник	K1	K2	KO
1	„Т.Е.А.М.“ ООД	50.00 т.	36.00 т.	86.00 т.
2	„АСМ2“ ЕООД	32.87 т.	50.00 т.	82.87 т.

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията класира участниците в настоящата процедура по обособени позиции по следния начин:

- 1 „Т.Е.А.М.“ ООД - I-во място – 86.00т.
- 2 „АСМ2“ ЕООД - II-ро място – 82.87т.

Спазвайки разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, имайки предвид направените констатации и взетите решения в протоколите от своята работа, Комисията предлага на Възложителя да сключи договори за изпълнение с участника, класиран на първо място, предвид обстоятелството, че офертите на участниците отговарят на изискванията на Възложителя и ценовите им предложения са в рамките на определения финансов ресурс.

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки на 04.02.2021г.

Решенията на комисията са взети единодушно. Комисията приключи своята работа.

КОМИСИЯ:

Председател: 
/ Веселина Танчева /

Членове:

1. 
/ инж. Нурай Зюлкер /

2. 
/ Беркант Барзат /

ОДОБРИЛ:


д-р инж. ХАСМАН АЗИС
Кмет на Община Кърджали

Дата: 05.02.2021г.